



Käytännön vinkkejä sensorin käyttöön

MIKSI PISTÄISIT, JOS VOIT SKANNATA?¹

Sensorit tarttuvat paremmin, kun peset, puhdistat ja kuivaat ihon ennen kiinnitystä

1. PESE

Käytä vain **kosteuttamattomia ja tuoksuttomia saippuota** sensorin kiinnityskohdan pesemiseen.

2. PUHDISTA

Puhdista kiinnityskohta **alkoholipyyhkeellä** ja anna ihon kuivua itsestään.

3. KUIVAA

Anna ihon kuivua kokonaan ennen sensorin kiinnittämistä. Tämä on erityisen tärkeää, jos kiinnität sensorin suihkun tai uinnin jälkeen.



ENNEN SENSORIN KIINNITTÄMISTÄ:

- Valitse hyväksyty kiinnityskohta olkavarren takaosasta
- Älä levitä kiinnityskohtaan kosteusvoidetta, sillä se tekee ihon rasvaiseksi
- Ajele liialliset ihokarvat kiinnityskohdasta, jotta ne eivät jää sensorin liimapinnan ja ihon väliin



life. to the fullest.®

Abbott

Kuvia käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa, eikä niissä ole todellisia potilaita.

¹. Glukoosiarvo on mitattava sormenpäältä verengluukoosimittarilla, jos glukoosiarvot muuttuvat nopeasti, koska silloin soluvälinesteen glukoosiarvot eivät välttämättä vastaa veren glukoosiarvoja tarkasti; tai jos FreeStyle Libre -järjestelmä ilmoittaa hypoglykemiasta tai lähestyvää hypoglykemiasta; tai jos oireet eivät vastaa FreeStyle Libre -järjestelmän mittaamia lukemia.



Näin saat sensorin pysymään varmemmin paikallaan



LIIKU VAROEN

Varo, ettei sensori osu ovenpieleen, auton oveen, turvavyöhön tai huonekalujen reunoihin



KONTAKTILAJIT JA RASKAS LIIKUNTA

Minimoi sensorin irtoamisen riski kiinnittämällä se olkavarren takaosaan



KUIVAA IHO TAPUTTELEMALLA

Kun kuivaat ihoa suihkun tai uinnin¹ jälkeen, varo vetämästä sensoria irti pyyhkeellä



OTA RAUHALLISESTI

Kun pukeudut tai riisuudut, varo vetämästä sensoria irti alusvaatteillasi



KÄYTÄ VÄLJIÄ VAATTEITA

Yritä antaa sensorille tilaa hengittää käyttämällä väljiä vaatteita ja kevyitä materiaaleja



ÄLÄ KOSKETTELE

Älä nypi tai koskettele sensoria sen ollessa kiinnitettynä ihoon



life. to the fullest.®

Abbott

Kuvia käytetään vain havainnollistamistarkoituksessa, eikä niissä ole todellisia potilaita. FreeStyle Libre Flash -glukoosinseurantajärjestelmä on CE-merkitty lääkinällinen laite.

1. Sensori kestää vettä enintään yhden metrin syvyyteen asti. Älä pidä pinnan alla 30 minuuttia pitempään.

© 2022 Abbott. FreeStyle, Libre, ja niihin liittyvät tavaramerkit ovat Abbottin tavaramerkkejä. ADC-40901 v3.0 05/22

www.FreeStyle.Abbott · 0800 555 500 · Abbott Oy · Karvaamokuja 2A · 00380 Helsinki